

## 3.

## Risultati della misurazione

N° d'ordine	Termine	Definizioni e note
3.01.	<p>risultato di una misurazione result of a measurement resultat d'un mesurage</p>	<p>Valore di un misurando ottenuto mediante misurazione.</p> <p>Nota 1 - Quando si usa il termine "risultato di una misurazione" è necessario indicare chiaramente se esso si riferisce :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'indicazione,</li> <li>- al risultato bruto,</li> <li>- al risultato corretto,</li> </ul> <p>e se è stata effettuata una media su più osservazioni.</p> <p>Nota 2 - L'espressione completa del risultato di una misurazione comprende informazioni sull'incertezza di misura e sui valori delle grandezze di influenza appropriate.</p> <p>UNI 4546, 2, 2.2, 2.5</p> <p>Nota nazionale - Questo termine denota diversi concetti, tra cui quelli trattati dalla UNI 4546 in 2, 2.2, 2.5, 3.6.3, 5.4, 6.1. Nella UNI 4546 il termine "Misura" corrisponde a quanto qui chiamato nelle note "Espressione completa del risultato di una misurazione" (vale a dire risultato corretto più indicazione dell'incertezza), e il termine "Valore (di misura)" corrisponde a quanto chiamato in nota 1 "Risultato corretto".</p>
3.02.	<p>indicazione (di uno strumento per misurazione) indication (of a measuring instrument) indication (d'un instrument de mesure)</p>	<p>Valore di un misurando fornito da uno strumento per misurazione.</p> <p>Nota 1 - L'indicazione si esprime in unità della grandezza misurata indipendentemente dalle unità che contrassegnano la scala. Ciò che appare sulla scala (talvolta chiamato indicazione diretta, lettura diretta o valore di scala deve essere moltiplicato per la costante strumentale per ottenere l'indicazione).</p> <p>Nota 2 - Per un campione materiale l'indicazione è il suo valore nominale.</p> <p>Nota 3 - Il significato del termine "indicazione" è talvolta esteso fino a comprendere ciò che viene registrato da uno strumento registratore, o il segnale di misura interno a un sistema di misura.</p> <p>Nota nazionale - La voce si riferisce a concetti trattati dalla UNI 4546 5, 5.1, 5.4, 5.6, 6.1. In italiano il termine "valore nominale (di un campione materiale)" traduce esattamente il termine francese "valeur nominale" o "valeur marquée" e quello inglese "nominal value" o "marked value".</p>
3.03.	<p>risultato bruto uncorrected result resultat brut</p>	<p>Risultato di una misurazione prima della correzione degli errori sistematici presunti.</p> <p>Nota 1 - Qualora sia coinvolta una singola indicazione il risultato bruto si identifica con l'indicazione.</p> <p>Nota 2 - In inglese il risultato bruto, in passato, era stato chiamato "marked value".</p>
3.04.	<p>risultato corretto corrected result resultat corrigé</p>	<p>Risultato di una misurazione ottenuto dopo aver apportato al risultato bruto le correzioni destinate a tener conto degli errori sistematici presunti.</p>
3.05.	<p>accuratezza della misura accuracy of measurement exactitude de mesure</p>	<p>Grado di concordanza tra il risultato della misurazione e il valore (convenzionalmente) vero del misurando.</p> <p>Nota - L'uso del termine precisione in luogo di accuratezza deve essere evitato.</p>